



CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 197 de 2016 suscrito entre la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR y UNODC

ACTA DE ACLARACIONES

PROYECTO: UNODC/COL K53 “Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial”

“Promover el Desarrollo Alternativo a través del **GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO** y de las familias beneficiarias del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, ubicadas en el municipio de Acevedo, en el departamento del Huila, mediante de la adquisición y entrega de bienes agrícolas para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, asociativas, empresariales y comerciales de las poblaciones rurales, hacia el desarrollo de agro negocios rentables y competitivos

Proceso: Invitación a Licitación 01 de 2018 MA 08 2018, GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA.

Siendo las 10:00 a.m. del día 19 de octubre de 2018, en el auditorio de la UTT 11 de la Agencia de Desarrollo Rural ADR, con la presencia del Sr Orlando Babativa Ortiz, Representante legal del Grupo asociativo San Isidro, Arnulfo Suarez Ramos Directivo del G. A. San Isidro, Wilson Eduardo Sánchez Ramón. Habiéndose presentado dos participantes a la conferencia:

Se realiza la socialización del procedimiento y condiciones exigidas en la IAL, cualquier modificación se realizará mediante adenda publicada.

Por parte del participante 1, se presentan las siguientes **OBSERVACIONES TECNICAS**

PREGUNTA 1

BLOQUE No.1 –Lote 1– Ítem 1.5 MEDIDOR DE HUMEDAD

Solicitamos que en las especificaciones no exijan red eléctrica, para poder ofertar también modelos portátiles con uso de batería. (Pilas 1.5V, pueden ser baterías recargables). Así el equipo podría ser usado no en un solo lugar de trabajo, podría ser transportado fácilmente para análisis en el lugar que necesiten.

RPTA:

1.5	Medidor de humedad (precisión: +- 0.3% para humedad; +- 1,0 g/L par densidad)	Unidad	Medidor de humedad para café almendra y pergamino, con conexión a red eléctrica y/o portátiles con batería de 1.5 voltios recargables (precisión: +- 0.3% para humedad; +- 1,0 g/L par densidad) On-off, Selección del grano a medir (Más de 100 tipos de granos) y teclado alfanumérico	1
-----	---	---------------	--	---

PREGUNTA 2

BLOQUE No.1-Lote 2- ITEM 1.22.1 POCILLOS

Confirmar si el logo deber ser impreso a una sola tinta o a color. También solicitamos ampliar el material de los pocillos que puedan ser cerámica o porcelana (cualquiera de los 2 materiales). La porcelana es el material más recomendado ya que es más resistente y duradera, la cerámica tiende a mancharse más rápidamente, la porcelana al usar muestras de café no va a mancharse fácilmente.

RPTA:

1.22.1	Vajilla (pocillos para catación)	Unidad	Pocillo en cerámica y/o porcelana el cual debe estamparse con el logo de la organización, a tres tintas o full color capacidad de mínimo 200 ml. La organización suministrara la plantilla del Logo	24
--------	----------------------------------	---------------	---	----

PREGUNTA 3

BLOQUE No.1-Lote 2 - ITEM 1.22.7 DELANTALES

Por favor confirmar el tamaño del logo (cm aproximados) y el lugar de ubicación (centro, arriba, etc.) para la impresión del logo. ¿También es importante saber si es bordado o estampado o confirmar si cualquiera de las 2 seria valida? (se recomienda estampado) y si es a un solo tono o de varios tonos.

RPTA:

1.22.7	Delantales	global	Delantales en tela antilfluida estampado con logo de la organización. Medidas 10-12 cm alto x 14- 16 cm ancho, ubicados la parte superior central.	10
--------	------------	---------------	--	----

PREGUNTA 4
BOQUE No.1–Lote 2 – ITEM 1.13 MESA PARA CATAACION

Solicitamos confirmar si esta mesa puede ser rectangular o cuadrada, también confirmar si se requiere con salpicadera. - Solicitamos que las patas de la mesa puedan ser o en tubería circular o en tubería cuadrada.

RPTA:

1.13	Mesas para catación	Unidad	A) Mesa de Catación rectangular de 1.50 X 0.60 en acero inoxidable (quirúrgico) calibre 18 con entrepaño y patas en tubería circular y un metro de altura y otra B) Mesa de catación circular giratoria en acero inoxidable (quirúrgico) de un metro de diámetro con divisores de tasa móviles 1,20 alto x 1 mt diámetro	2
------	---------------------	---------------	--	---

PREGUNTA 5
BLOQUE No.1–Lote 2- ITEM 1.22.8 BANDEJAS PLASTICAS

Solicitamos que indiquen que la dimensiones son aproximadas, ya que depende del fabricante las dimensiones pueden varias en algunos centímetros.

1.22.8	Bandejas plásticas-para muestreo	Unidad	Bandejas plásticas porta muestras de café en laboratorio. Plástico rígido capacidad 200 – 300 gms largo 23 cm ancho de 7 a 12 cm. O medidas similares	24
--------	----------------------------------	---------------	---	----

PREGUNTA 6
BLOQUE No.4 – ITEM 4.1 MOLINO INDUSTRIAL

Solicitamos que el voltaje teniendo en cuenta que es industrial y trifásico, se puedan ofertar equipo que usen 380V, este voltaje garantiza una correcta instalación ya que resistirá la gran potencia generada por este tipo de equipos.

RPTA: Se mantienen las especificaciones inicialmente establecidas en la presente IAL con el objetivo de garantizar pluralidad de oferentes.

PREGUNTA 7
BLOQUE No.4 – ITEM 4.7 TOSTADORA

Solicitamos que el voltaje teniendo en cuenta que es industrial, de gran capacidad y trifásico, se puedan ofertar equipo que usen 380V, este voltaje garantiza una correcta instalación ya que resistirá la gran potencia generada por este tipo de equipos de gran capacidad.

RPTA: Se mantienen las especificaciones inicialmente establecidas en la presente IAL con el objetivo de garantizar pluralidad de oferentes.

En el tiempo establecido para allegar aclaraciones al correo del Grupo asociativo San Isidro, cafesanisidro@yahoo.es, el 20 de Octubre de 2018, El posible oferente #1 que escribió al correo presenta las Observaciones:

- 1) ¿Ustedes poseen un costo máximo, una disponibilidad presupuestal, estudio de mercado o una referencia para conocer el tope máximo del costo de la propuesta?

RPTA: Conforme a los protocolos establecidos por Naciones Unidas, no está publicar presupuestos.

- 2) ¿Qué tipo de retenciones o impuestos ustedes aplican? ¿Se debe legalizar la propuesta?

RPTA: De acuerdo al bien o servicio ofertado, lo establecido por la ley.

- 3) ¿Se debe pagar alguna póliza de seriedad? de ser así ¿por qué valor debe ser?

RPTA: Como se especifica en la IAL hoja de datos en su numeral 8. Garantía de La oferta, esta debe ser obligatoria por un monto del 10% del valor de la propuesta presentada.

- 4) ¿Se puede presentar una sola propuesta en conjunto para todos los bloques? ¿Se puede presentar una misma unión temporal el bloque 1, y la misma unión temporal una propuesta para los bloques 2,3 y 4?

**RPTA: La IAL en la hoja de datos en su numeral 21, La Organización adjudicará el Contrato a:
PARA EL BLOQUE 1:**

Se realizarán adjudicaciones por LOTE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumple sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitación habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. Se deberá ofertar la totalidad de ítems que compone un mismo LOTE.



PARA EL BLOQUE 2, 3 y 4

Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumple sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitación habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. Se deberá ofertar la totalidad de ítems que compone un mismo BLOQUE.

RTA/Quienes participan en la presente licitación se podrán presentar para todos los bloques, o un bloque específico si tiene idoneidad y experiencia.

ORLANDO BABATIVA ORTIZ
Representante legal G.A San Isidro

ARNULFO SUAREZ RAMOS
Directivo G.A San Isidro

WILSON EDUARDO SANCHEZ
Profesional UNODC

LUIS EDUARDO JIMENEZ
Profesional UNODC